BALLON-ENTEROSKOPIE

Einweg-Papillotome 2 Lumen, AXS_tome 3
Einweg-Katheter, CAN 4
Einweg-Führungsdrähte, WIR 4
Einweg-Steinfänger, BAS 4
Einweg-Injektionsnadeln, Manta 5
Einweg-Biopsiezangen, EndoBite 5
Einweg-Fremdkörperzangen, FOR 5
Einweg-Polypektomieschlingen, POL 6
Einweg-Ballone & Applikatoren für Ballon-Enteroskope, Fujifilm 7
Einweg-Overtubes für Ballon-Enteroskope, Fujifilm 8
Schlauchsets für Ballon-Enteroskope & DBE-Pumpe, Fujifilm 9

Papillotome

Schonender und sicherer Zugang

Unser Multi-Stage Katheter sorgt für Stabilität bei der Sondierung. Die präzise Steuerung des Katheters und die zuverlässige Ausrichtung nach 11 Uhr erleichtern einen schonenden biliären Zugang. Dank fliessendem Führungsdrahtübergang zur Micro-Spitze lassen sich Gewebeirritationen minimieren und das Komplikationsrisiko senken.

Einweg-Papillotome 2 Lumen, **AXS_tome**

	Produktnummer	Merkmale	Schnittlänge	Für FD	Länge	ø Arbeitskanal	VE
	PAP1-D2-30-21-OL	Micro-Tip, CWT	30 mm	,021“	260 cm	2,0 mm	2
	PAP1-N2-20-21-OL	B II, Typ Erlangen, CWT	20 mm	,021“	260 cm	2,0 mm	2

Duomed Swiss AG • Grenzstrasse 5a • 6214 Schenkon
T +41 (0)41 510 07 00 • info.ch@duomed.com • **www.duomed.com**

Ballon-Enteroskopie

DUOMED

Einweg-Katheter, CAN

Produktnummer	Merkmale	Länge	Für FD	ø Arbeitskanal	VE
CAN1-B3-18-260-35	Filiform, 1 Lumen, röntgendichte Markierung	260 cm	,035“	2,0 mm	2

Einweg-Führungsdrähte, WIR

Produktnummer	Merkmale	Durchmesser	Länge	VE
WIR1-F1-21-500	Gerade, Nitinol, oberflächenbeschichtet	,021“	500 cm	2

Einweg-Steinfänger, BAS

Produktnummer	Merkmale	ø Korb	Länge	ø Arbeitskanal	VE
BAS1-C1-20-18-260	Halb gewendelt	20 mm	260 cm	2,0 mm	2
BAS1-C2-25-23-260	Halb gewendelt	25 mm	260 cm	2,8 mm	2

ACHTUNG: Medwork-Produkte der BAS-Serie sind perfekt auf den Einsatz mit anderen Systemartikeln dieser Serie abgestimmt. Bitte beachten Sie, dass bei der Kombination mit Produkten / Instrumenten anderer Hersteller wesentliche Funktionseinschränkungen auftreten können. Eine Haftung von Medwork für solche Fälle ist ausgeschlossen.

Gekennzeichnete Produkte sind nicht für die Notfall-Lithotripsie geeignet.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Einweg-Injektionsnadeln, **Manta**

	Produktnummer	Merkmale	ø Nadel | Länge	Länge	ø Arbeitskanal	VE
	INJ1-A3-07-5-18-240	Rastmechanismus, distale Nadelführung, Histoacryl geeignet, Typ Manta für Ballon-Enteroskopie	0,7 mm | 5 mm (23 Gauge)	240 cm	2,0 mm	5

Einweg-Biopsiezangen, **EndoBite**

	Produktnummer	Merkmale	ø Branchen	Länge	ø Arbeitskanal	VE
	BIO1-C4-18-260	Ovale Branchen, beschichtet	1,8 mm	260 cm	2,0 mm	10

Einweg-Fremdkörperzangen, FOR

	Produktnummer	Merkmale	Öffnungs-weite	ø Katheter	Länge	ø Arbeits-kanal	VE
	FOR1-A2-23-260	Hybridbranchen Alligator/Ratten-zahn, Metallfeder, beschichtet	8 mm	2,3 mm	260 cm	2,8 mm	10

Ballon-Enteroskopie

DUOMED



Compacted Wire Technologie (CWT)

Die Compacted Wire Technologie kombiniert die Vorteile einer monofilen Schlinge und einer Schlinge mit Litze:

- Leichtere Positionierung bei flachen Läsionen
- Schonende Gewebeabtragung

Einweg-Polypektomieschlingen, POL

②



Produktnummer	Merkmale	ø Schlinge	Länge	ø Arbeitskanal	VE
POL1-B1-10-23-260-OL	Konvex, CWT	10 mm	260 cm	2,8 mm	10
POL1-B1-15-23-260-OL	Konvex, CWT	15 mm	260 cm	2,8 mm	10
POL1-B1-20-23-260-OL	Konvex, CWT	20 mm	260 cm	2,8 mm	10
POL1-B1-30-23-260-OL	Konvex, CWT	30 mm	260 cm	2,8 mm	10

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Einweg-Ballone & Applikatoren für Ballon-Enteroskope, **Fujifilm**

	Produktnummer	Merkmale	Kompatibilität		VE
	BS-2	Ballone ø 35 mm für Doppelballon-Enteroskope inkl. 20 Stk. Befestigungsbänder zur Fixierung, latexhaltig	Fujifilm EN-450P5/20, EN-450T5, EN-530T EN-580T	② LATEX	10
	BS-4 latex free	Ballone ø 35 mm für Doppelballon-Enteroskope inkl. 20 Stk. Befestigungsbänder zur Fixierung, **ohne Latex**	Fujifilm EN-450P5/20, EN-450T5, EN-530T EN-580T	②	10
	ST-01B	Applikator-Konus mit Metallring für Ballone ø 13 mm	Fujifilm BS-2		1
	ST-02B	Ballon Aufschiebehilfe	Fujifilm BS-2		2
	ST-10	Gummiband-Applikator für das einfache Applizieren von Fixierungsbändern	Fujifilm BS-2, BS-4		1
	ST-05B	Ballon Aufschiebehilfe	Fujifilm BS-2, BS-4	②	20
	300-14-000	Ring-Applikator für das einfache Applizieren von Fixierungsbändern, Durchlass Öffnung 14 mm	Fujifilm BS-2, BS-4		1

Ballon-Enteroskopie

DUOMED

Einweg-Overtubes für Ballon-Enteroskope, **Fujifilm**

	Produktnummer	Merkmale	Kompatibilität		VE
	TS-12140	Latex-Overtube für Doppelballon Enteroskope Aussen ø 12,2 mm - max. 15,0 mm, Innen ø 10 mm, distales Ende ø 8,7 mm, Ballon Aussen ø 40 mm, Arbeitslänge 1350 mm, Gesamtlänge 1450 mm, latexhaltig, einzeln steril verpackt	Fujifilm EN-450P5/20 in Verbindung mit TY-04, TY-06 und PB-20 / PB-30	LATEX		10
	TS-13140	Latex-Overtube für Doppelballon Enteroskope Aussen ø 13,2 mm - max 16,0 mm, Innen ø 10,8 mm, distales Ende ø 9,8 mm, Ballon Aussen ø 40 mm, Arbeitslänge 1350 mm, Gesamtlänge 1450 mm, latexhaltig, einzeln steril verpackt	Fujifilm EN-450T5, EN-580T, EN-530T in Verbindung mit TY-04, TY-06 und PB-20 / PB-30	LATEX		10
	TS-1114B latex free	Silikon-Overtube für Doppelballon Enteroskope Aussen ø 11,6 mm - max 14,8 mm, Innen ø 9,2 mm, Ballon Aussen ø 40 mm, Arbeitslänge 1350 mm, Gesamtlänge 1450 mm, ohne Latex, einzeln steril verpackt	Fujifilm EN-580XP in Verbindung mit TY-400, TY-500 und PB-20 / PB-30			10
	TS-1214B latex free	Silikon-Overtube für Doppelballon Enteroskope Aussen ø 12,4 mm - max. 15,4 mm, Innen ø 10,0 mm, Ballon Aussen ø 40 mm, Arbeitslänge 1350 mm, Gesamtlänge 1450 mm, ohne Latex, einzeln steril verpackt	Fujifilm EN-450P5/20 in Verbindung mit TY-400, TY-500 und PB-20 / PB-30			10
	TS-1314B latex free	Silikon-Overtube für Doppelballon Enteroskope Aussen ø 13,2 mm - max 16,0 mm, Innen ø 10,8 mm, Ballon Aussen ø 40 mm, Arbeitslänge 1350 mm, Gesamtlänge 1450 mm, ohne Latex, einzeln steril verpackt	Fujifilm EN-450T5, EN-580T, EN-530T in Verbindung mit TY-400, TY-500 und PB-20 / PB-30			10

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Schlauchsets für Ballon-Enteroskope & DBE-Pumpe, **Fujifilm**

	Produktnummer	Merkmale	Kompatibilität	VE
	TY-04	Schlauchset für DBE Pumpe PB-20 / PB-30 und Enteroskop. 1 klarer Schlauch mit Filter für den Anschluss am Enteroskop und 1 weisser Schlauch mit Filter für den Overtube MUSS nach 10 Untersuchen oder monatlich gewechselt werden!	Fujifilm EN-450T5, EN450P5/20 und Overtubes TS-12140, TS13140	1
 	TY-06	Schlauchset für DBE Pumpe PB-20 / PB-30 und Enteroskop. 1 klarer Schlauch mit Filter für den Anschluss am Enteroskop und 1 weisser Schlauch mit Filter für den Overtube MUSS nach 10 Untersuchen oder monatlich gewechselt werden!	Fujifilm EN-580T, EN-580XP und Overtubes TS-12140, TS13140	1
	TY-400 latex free	Schlauchset für DBE Pumpe PB-20 / PB-30 und Enteroskop. 1 klarer Schlauch mit Filter für den Anschluss am Enteroskop und 1 weisser Schlauch mit Filter für den Overtube MUSS nach 10 Untersuchen oder monatlich gewechselt werden!	Fujifilm EN-450T5, EN450P5/20 und Overtubes TS-1114B, TS-1214B, TS-1314B	1
	TY-500 latex free	Schlauchset für DBE Pumpe PB-20 / PB-30 und Enteroskop. 1 klarer Schlauch mit Filter für den Anschluss am Enteroskop und 1 weisser Schlauch mit Filter für den Overtube MUSS nach 10 Untersuchen oder monatlich gewechselt werden!	Fujifilm EN-580T, EN-580XP und Overtubes TS-1114B, TS-1214B, TS-1314B	1