PuraStat® | Contrôle précis de l'hémostase (1)

Étapes de préparation pour l'utilisation en endoscopie digestive

1

Retirer le cathéter de l'emballage et la seringue de PuraStat de l'emballage stérile.

2

Retirer le capuchon de la seringue PuraStat.

3

Fixer la seringue PuraStat au cathéter en effectuant un mouvement de torsion à l'aide des connecteurs Luer Lock modifiés des deux produits.



4

Veiller à serrer la connexion à la main. Ne pas trop serrer ou utiliser une force excessive.

5

Pousser le piston de la seringue pour amorcer lentement le cathéter avec PuraStat.

6

Observer le cathéter pendant l'amorçage et arrêter lorsque PuraStat atteint l'extrémité de l'embout distal.

7

Le cathéter et la seringue PuraStat restent connectés et sont maintenant prêts à être utilisés.

Remarque

Volume d'amorçage estimé
Cathéter 2200 mm - 2,2 ml

PR GI 003 EU FR v3 2021 12 31

(1) PuraStat IFU-007 Rev 2
Lors de la préparation et de la manipulation des cathéters et de la seringue PuraStat, il est important d'utiliser une technique aseptique conforme aux politiques de prévention des infections en vigueur dans l'hôpital.

Lire attentivement les instructions d'utilisation, indications et contre-indications du produits.

3-D Matrix Europe SAS
11 chemin des Petites Brosses 69300
Caluire-et-Cuire-FRANCE
Tél: +33 (0)4 27 19 03 40
infoeu@puramatrix.com | www.3dmatrix.com

PuraStat est distribué par:

PuraStat® est un dispositif médical de Classe III, marqué CE en accord avec la directive du Conseil Européen 93/423EEC ayant trait aux dispositifs médicaux, et ses amendements

CE 2797 BSI

3-D MATRIX
MEDICAL TECHNOLOGY

PuraStat® | Contrôle précis de l'hémostase (1)

Application correcte pour utilisation en endoscopie digestive

Introduire le cathéter dans le canal opérateur de l'endoscope.

Les cathéters sont compatibles avec un canal opérateur de 2,8 mm

Faire avancer lentement le cathéter jusqu'à ce que l'extrémité distale souple soit visible à l'extrémité de l'endoscope.

Lorsque le clinicien est prêt à appliquer PuraStat, faire avancer doucement l'extrémité distale souple vers la zone cible.

Lorsque le cathéter est le plus près possible de la zone cible et lorsque le clinicien est prêt à appliquer PuraStat, l'assistant doit appuyer avec une pression lente et constante sur le piston de la seringue PuraStat.

Pour couvrir toute la zone cible, le clinicien peut avoir besoin d'ajuster la position de l'extrémité distale souple du cathéter.

Une fois que la zone cible est couverte, le cathéter peut être retiré doucement du canal opérateur de l'endoscope.

L'extrémité distale souple du cathéter doit être essuyée sur une gaze sèche stérile pour empêcher tout autoassemblage du peptide PuraStat à son extrémité.

Le cathéter ne devrait pas se bloquer et peut être utilisé à plusieurs reprises sur le même patient tout au long de la procédure si nécessaire.

PR GI 003 EU FR v3 2021 12 31

(1) PuraStat IFU-007 Rev 2
Prendre note que le cathéter et la seringue de PuraStat doivent être utilisés sur un seul patient.

TOP Corporation
19-10 Senjunakai-cho
Adachi-ku, Tokyo
120-0035 Japan

EC REP **MPS Medical Product Service GmbH**
Borngasse 20
35619 Braunfels
Germany

PuraStat Nozzle System Type E est un dispositif médical de classe IIa, marqué CE en accord avec la directive du Conseil Européen 93/42/EEC ayant trait aux dispositifs médicaux, et ses amendements

CE 0123

PuraStat Nozzle System Type E est distribué par 3-D Matrix Europe SAS
11 chemin des Petites Brosses 69300 Caluire-et-Cuire-FRANCE
Tél: +33 (0)4 27 19 03 40
infoeu@puramatrix.com | www.3dmatrix.com