PuraStat™ | Transparente Blutstillungskontrolle (1)

3-D MATRIX MEDICAL TECHNOLOGY

Kurzanleitung für die Endoskopie



Für Sickerblutungen und Resektionsoberflächen (1)



Schritt 01

Säubern
Entfernen Sie so viel Blut und Flüssigkeit wie möglich.



Schritt 02

Direkt
Tragen Sie PuraStat direkt und so nah wie möglich an der Blutungsquelle auf die Läsion auf.



Schritt 03

Applizieren
Tragen Sie PuraStat gleichmäßig, langsam und dünn auf die gesamte Resektionsoberfläche oder Blutungsquelle auf.

Tip: Beachten Sie die Fließrichtung (nutzen Sie die Schwerkraft); beginnen Sie am obersten Punkt und lassen Sie das Gel über die Läsion fließen.

Schritt 04

Warten
Lassen Sie PuraStat Zeit zu reagieren; nicht verreiben oder tupfen, bis die Blutstillung stattgefunden hat!

Re-Applikations- Anleitung

Falls notwendig, wiederholen Sie die Applikation

Schritt 05

Direkt
Platzieren Sie den Applikator erneut unter dem bereits aufgetragenen Gel, wieder direkt an der Blutungsquelle bzw. der Gewebeoberfläche.

Schritt 06

Reapplizieren
Applizieren Sie PuraStat abermals direkt auf die Läsion und so nah wie möglich an der Blutungsquelle.

Schritt 07

Warten
Lassen Sie PuraStat ruhen und reagieren; nicht verreiben oder tupfen, bis die Blutstillung stattgefunden hat.

Nach erfolgter Blutstillung
kann überschüssiges PuraStat im Körper verbleiben und muss nicht entfernt werden

PuraStat™ | Transparente Blutstillungskontrolle (1)

3-D MATRIX MEDICAL TECHNOLOGY

Indikationen

PuraStat ist für die Hämostase in den nachstehend aufgeführten, während einer Operation auftretenden Situationen indiziert, in denen die Hämostase durch Ligation oder Standardmethoden unzureichend oder nicht praktikabel ist:

- Blutungen aus kleinen Blutgefäßen und Sickernblutungen aus Kapillaren des Parenchyms und des umliegenden Gewebes von festen soliden Organen
- Sickerblutungen aus Gefäßanastomosen zu nativen oder künstlichen Gefäßen auf der Oberfläche von Blutgefäßen und umliegendem Gewebe
- Blutungen aus kleinen Blutgefäßen und Sickerblutungen aus Kapillaren des GI-Trakts nach chirurgischen Eingriffen und des umliegenden Gewebes
- PuraStat ist außerdem zugelassen zur Verringerung von Nachblutungen nach gastrointestinalen endoskopischen submukosalen Dissektionsverfahren (ESD) im Dickdarm.

3-D Matrix Europe SAS
11 chemin des Petites Brosses
69300 Caluire-et-Cuire FRANKREICH
Tel.: +33 (0)4 27 19 03 40
infoeu@puramatrix.com
www.3dmatrix.com

Vertrieben von:

Referenzen:
(1) PuraStat IFU-007 Rev 2

PuraStat ist ein Medizinprodukt der Klasse III und gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte und ähnliche Geräte ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt

CE 2797 BSI

Im Karton finden Sie eine Implantationspass.

Katheter

- Verbinden Sie die Spritze mit dem Katheter, indem Sie diese auf die Schraubverbindung aufschrauben.
- Achtung: Es handelt sich nicht um eine genormte Luer-Lock-Verbindung. Nur die originale PuraStat-Spritze ist mit dem Applikationskatheter kompatibel !
- Achten Sie darauf, dass die Schraubverbindung fest verschlossen ist.
- Drücken Sie den Stempel der Spritze, um nun den Katheter langsam vorzubefüllen.
- Sobald das PuraStat an der durchsichtigen Katheterspitze angekommen ist, stoppen Sie.
- Nun ist der Katheter befüllt und fertig zur Benutzung.
- In den Katheter passen 2,2 ml PuraStat
  - 2200mm Catheter Type-E (REF 634142): 2.2ml
- Um das gesamte PuraStat des Katheterfüllvolumens aufzubrauchen, drehen Sie die Spritze ab und befüllen Sie dieselbe mit Raumluft. Nun drücken Sie langsam das restliche Purastat mit der Luft aus dem Katheter. Bitte das Gel NICHT mit Wasser herausspülen!



TOP Corporation
19-10 Senjunakai-cho
Adachi-ku, Tokyo
120-0035 Japan

EC REP **MPS Medical Product Service GmbH**
Borngasse 20
35619 Braunfels
Deutschland

Das PuraStat Düsensystem Typ E ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa und gemäß der EU-Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte und ähnliche Geräte ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt.

CE 0123 TÜV SÜD

PuraStat Düsensystem Typ E Vertrieben von 3-D Matrix Europe SAS
11 chemin des Petites Brosses
69300 Caluire-et-Cuire-FRANKREICH
Tel: +33 (0)4 27 19 03 40
infoeu@puramatrix.com
www.3dmatrix.com

DUOMED
Duomed Swiss AG
Grenzstrasse 5a, 6214 Schenkon
Tel. +41 (0)41 510 07 00
www.duomed.com

PR GI 001 EU DE v6 2023 06 14